



## Relatório de Ensaio 7334/2021.0

Data de Publicação: 08/03/2021 14:33

Dados Referentes ao Cliente	
Cliente: Lab Analítica e Ambiental Ltda.	CNPJ: 04.475.244/0001-81
Contato: Ana Carolina Zilio	
Endereço: Rodovia Geraldo Scavone, 2.300 - Jardim Califórnia - Jacareí - São Paulo - CEP: 12305-490 - Brazil	

Dados Referentes à Amostra Fornecidos Pelo Cliente - Nº Amostra: 7334-1/2021.0 - ID 13997	
Data Recebimento: 01/03/2021	
Identificação da Amostra: FOLHA DUPLA DUETTO - TIPO: FOLHA DUPLA	
Lote: BOBINA: 1013/2021-M4	Qtde. Amostra Recebida: 01 Amostra
Fabricação: 10/02/2021 - 06:40 h	Validade: Não Informado
Cliente: SEPAC	

### Ensaios realizados nas instalações do BCQ Consultoria e Qualidade Ltda.

Ensaio	Resultado	Especificação	Método	Data Inicio
Contagem de Microrganismos Aeróbicos Mesófilos	20 UFC/g	Máximo aceitável até 1.000 UFC/g	FB 6ª Edição, 2019, Volume 1, 5.5.3.1.2	01/03/2021
Contagem de Bolores e Leveduras	< 10 UFC/g	Máximo aceitável até 100 UFC/g	FB 6ª Edição, 2019, Volume 1, 5.5.3.1.2	01/03/2021
Pesquisa de Escherichia coli	Ausente em 10 g	Ausente em 10 g	FB 6ª Edição, 2019, Volume 1, 5.5.3.1.3	01/03/2021
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	Ausente em 10 g	Ausente em 10 g	FB 6ª Edição, 2019, Volume 1, 5.5.3.1.3	01/03/2021
Pesquisa de Staphylococcus aureus	Ausente em 10 g	Ausente em 10 g	FB 6ª Edição, 2019, Volume 1, 5.5.3.1.3	01/03/2021
Pesquisa de Candida albicans	Ausente em 10 g	Ausente em 10 g	FB 6ª Edição, 2019, Volume 1, 5.5.3.1.3	01/03/2021

### Especificação

Especificação estabelecida na Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017. Capítulo VI; Seção IV – Requisitos Microbiológicos; Inciso I

### Declaração de Conformidade

Os resultados estão de acordo com as especificações estabelecidas na Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017.

### Notas

Os resultados apresentados neste documento possuem interpretação restrita e se aplicam tão somente à(s) amostra(s) analisada(s). Qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização prévia por escrito do BCQ. Quando o Relatório de Ensaio incluir declaração de conformidade a uma especificação ou norma, a regra de decisão adotada pelo BCQ não considera a incerteza de medição do ensaio.

#### Legenda

FB: Farmacopéia Brasileira | USP: United States Pharmacopeia | SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater | VMP: Valor Máximo Permitido | UFC: Unidade Formadora de Colônia | BAM: Bacteriological Analytical Manual

Dr. Eudorides Pacheco Jr.  
Diretor da Qualidade  
CRF-SP 5983

Responsável pela publicação da amostra

Chave de Validação: ef78aea24d164d36acc1e246683b6228

#### FORMQ 7.8-1

Rua Conde Moreira Lima, 589 – Jardim Jabaquara - São Paulo - SP - Brasil – 04384-032 - CNPJ: 04.194.611/0001-79 | IE: Isenta | IM: 2.976.296-0  
Telefone: (11) 5539-6710 / (11) 5579-7130 / (11) 5579-5043 | e-mail: administracao@bcq.com.br / tecnica@bcq.com.br / qualidade@bcq.com.br | Site: www.bcq.com.br

Licença de Funcionamento da VISA – GVS 001-0101-23.163  
CRF-SP – Certificado de Responsabilidade Técnica n.º 37720  
Prefeitura do Município de São Paulo – Auto de Licença de Funcionamento n.º 2013-87814-00  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Licença SIPEAGRO n.º SP-000041-8  
Laboratório Analítico Habilitado pela REBLAS – REBLAS028  
Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde – CMVS: 35503080171200003425